



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Федеральное государственное унитарное предприятие "Смоленское производственное объединение "Аналитприбор"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 214031, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3. Основной государственный регистрационный номер 1026701427774. Телефон: +7(4812)-31-12-42 Адрес электронной почты: info@analitpribor-smolensk.ru

**в лице** Генерального директора Антонова Владислава Николаевича

**заявляет, что** Газоанализаторы АНКАТ-64МЗ.2 модификаций: ИБЯЛ.413411.065, ИБЯЛ.413411.065-01, ИБЯЛ.413411.065-02, ИБЯЛ.413411.065-03, ИБЯЛ.413411.065-100, ИБЯЛ.413411.065-04, ИБЯЛ.413411.065-05, ИБЯЛ.413411.065-06, ИБЯЛ.413411.065-07, ИБЯЛ.413411.065-101, ИБЯЛ.413411.065-08, ИБЯЛ.413411.065-09, ИБЯЛ.413411.065-102, ИБЯЛ.413411.065-10, ИБЯЛ.413411.065-11, ИБЯЛ.413411.065-103, ИБЯЛ.413411.065-12, ИБЯЛ.413411.065-13, ИБЯЛ.413411.065-14, ИБЯЛ.413411.065-15, ИБЯЛ.413411.065-104, ИБЯЛ.413411.065-16, ИБЯЛ.413411.065-17, ИБЯЛ.413411.065-18, ИБЯЛ.413411.065-19, ИБЯЛ.413411.065-105, ИБЯЛ.413411.065-20, ИБЯЛ.413411.065-21, ИБЯЛ.413411.065-106, ИБЯЛ.413411.065-22, ИБЯЛ.413411.065-23, ИБЯЛ.413411.065-107, ИБЯЛ.413411.065-24, ИБЯЛ.413411.065-25, ИБЯЛ.413411.065-108, ИБЯЛ.413411.065-26, ИБЯЛ.413411.065-27, ИБЯЛ.413411.065-109, ИБЯЛ.413411.065-28, ИБЯЛ.413411.065-29

**Изготовитель** Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214031, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ИБЯЛ.413411.065 ТУ книга 1 «Газоанализаторы АНКАТ-64МЗ.2», Техническими условиями ИБЯЛ.413411.065 ТУ книга 2 «Газоанализаторы АНКАТ-64МЗ.2»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9027101000

Серийный выпуск.

### **соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

### **Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 083/21 от 25.11.2021 года, выданного Испытательной лабораторией средств связи и вещания ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21PC35) Схема декларирования соответствия: Зд

### **Дополнительная информация**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении №1 на 1 листе, всего 1 позиция. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации: Паспорт ИБЯЛ.413411.065 ПС «Газоанализаторы АНКАТ-64МЗ.2»

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.01.2027 включительно**

(подпись)



Антонов Владислав Николаевич  
(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.35444/22**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 20.01.2022**

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.35444/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"	подразделы 6.2 и 7.2



Исполнительный директор

(подпись)

Антонов Владислав Николаевич  
(Ф.И.О. заявителя)